



Beim **Easyhaler** ist der Wirkstoff in einem Behälter, durch Betätigen des Mechanismus wird eine Dosis freigegeben.

Der Easyhaler® verfügt über ein Zählwerk, das anzeigt, wie viele Einzeldosen noch übrig sind.

- ❖ Nach jeder 5. Anwendung bewegt sich das Zählwerk weiter.
- ❖ Die rote Markierung signalisiert: nur noch 20 Einzeldosen enthalten.
- ❖ Wenn Zähler auf 0 steht, muss der Easyhaler® ersetzt werden

- **Inhalation vorbereiten**

- den Easyhaler vor jedem Hub kräftig schütteln, das Gerät dabei senkrecht halten.
- die Schutzkappe vom Mundstück abziehen.
- das Gerät einmal zusammendrücken bis ein Klickgeräusch zu hören ist und anschließend loslassen.

- **Ausatmen:**

- langsam und entspannt ausatmen, aber keinesfalls in den Pulverinhalator!

- **Einatmen:**

- das Mundstück mit den Lippen fest umschließen.
- rasch, kräftig und möglichst tief einatmen.

- **Atem für etwa 10 Sekunden anhalten.**

- das Mundstück aus dem Mund nehmen.

- **Ausatmen:**

- langsam ausatmen – bevorzugt über die Nase oder mit der „Lippenbremse“
- die Schutzkappe wieder aufsetzen.

Um das Risiko einer Pilzinfektion zu verringern, spülen Sie nach der Inhalation Mund und Rachen mit Wasser aus OHNE es hinunterzuschlucken.